



C/José Gutiérrez Abascal Nº 2  
Madrid 28006

LABORATORIO DE TERMOTECNIA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN  
INDUSTRIAL (F2I2)

ORGANISMO CONTROL METROLOGICO 16-OC-1002/02



**CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B 2022LT0026**

Instrumento	Registrador de temperatura		
Marca/ modelo	DATACOLD 600 T and DATACOLD/600R		
Sondas no dissociables	NTC con una resistencia de 2252 $\Omega$ a 25°C		
Número de sondas máximo	6		
Software relevante	V3.46.0	Checksum	F73D
Hardware:	V1.172		
En conformidad con	Real Decreto 244/2016		
	Orden ICT 155/2020		
	UNE EN 12830 (2019)		
Nombre o marca del fabricante.	ORBCOMM EUROPE B.V.		
Dirección	Handelsstraat 18 Hoensbroek, The Netherlands 6433kb		
Emitido para	ORBCOMM EUROPE B.V.		
Aptitud de uso:	T		
Rango Medida temperatura:	De -30°C a +30°C		
Clases	-30°C hasta +30 °C clase 1 -25°C a +7°C clase 0.5		
Software	Versión: 3.46.0 Checksum: F73D		
Nivel de software (UNE EN 12830 -2019)	.III Configuración Básica P1		
Extensiones	L ; S ; D		
Validez hasta del Certificado	22/12/2032		

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por ORBCOMM EUROPE B.V. El registrador cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo modulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T 155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico adjunto número anexo técnico número 2022LT0026

Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa  
Director del Laboratorio