

CERTIFICADO DE EXAMEN DE MODELO MÓDULO B

Certificado Número:

2020LT0078

Instrumento:	Registrador de temperatura
Marca/ modelo:	Conecta+ / ITS Compact
Número de sondas máximo:	1
Software legalmente relevante:	Versión 1.0 y CRC número 63633
Clase de software:	Nivel III (UNE-EN 12830:2019)
En conformidad con:	RD 244/2016 Orden ICT 155/2020
Nombre o marca del fabricante:	Atlantis Global System, S.L.U.
Dirección:	Parque Científico-Técnico de Almería Avda. de la Innovación, 15 – Edf. Pitágoras, 3ª Planta – Área C 04131 Retamar (Almería)
Emitido para:	Atlantis Global System, S.L.U.
Aptitud de uso:	T (Transporte) y S (Almacenamiento)
Tipo de medio climático:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura nominal: -30°C a +60 °C • Temperatura límite: -30°C a +60°C • Temperatura almacenamiento: -35°C a +65°C
Rango Medida Temperatura:	De -30°C a +30°C (UNE-EN 12830:2019)
Clase:	0,5 (UNE-EN 12830:2019)
Organismo de control metrológico:	16-OC-1002/02
Fecha de emisión del certificado:	16/12/2020
Certificado válido hasta:	16/12/2030

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por el fabricante. El registrador marca **Conecta+** y modelo **ITS Compact** cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo modulo **B** establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T 155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico adjunto con el número **2020LT0078**.

Certificado de acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa
Director del Laboratorio