



CERTIFICADO DE EXAMEN DE TIPO
Type Examination Certificate

Fabricante: <i>Manufacturer</i>	ZIV Aplicaciones y Tecnología, S.L.
Representante autorizado: <i>Authorized representative</i>	ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.L.U
De acuerdo con: <i>In accordance with</i>	Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. <i>Royal Decree 244/2016, dated 3 of June, which develops the Law 32/2014, dated 22 of December, on Metrology.</i> Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. <i>Order ICT/155/2020, of February 7, which regulates the metrological control of the State of certain measuring instruments.</i>
Marca/Tipo: <i>Trademark/Type</i>	ZIV/5CTM-E2C Rev. F
Instrumento: <i>Instrument</i>	Contador eléctrico estático combinado activa/reactiva con discriminación horaria y telegestión. <i>Active/reactive energy meter with hourly discrimination and remote management.</i>
Especificaciones del instrumento: <i>Instrument Specifications</i>	Entorno mecánico M1, entorno electromagnético E2. Rango de temperatura -25 °C a 70 °C. <i>Mechanical environment class M1, electromagnetic environment class E2, temperature range from -25 °C to 70 °C.</i>
Válido hasta: <i>Valid until</i>	30/07/2033
Responsable Técnico: <i>Technical responsible</i>	Javier Díaz de Aguilar Rois

Las características, condicionantes y exigencias particulares, si las hubiera, relativas al objeto certificado, se relacionan en el Anexo que, eventualmente, pudiera ir asociado a este documento. Todos los planos, esquemas y documentos relativos a la presente certificación están depositados en el organismo emisor.

The characteristics, conditioners and particular requirements, if any, concerning to the instrument/object certified, are set out in the Annex that, possibly, is associated to this document. All plans, diagrams and documents relative to this certification have been deposited in the issuing body.

Firmado
Digitalmente

No se permite la reproducción parcial de este documento sin autorización expresa del Centro Español de Metrología.
Partial quotation of this document is not allowed without the express authorization of Centro Español de Metrología.

Firmado por José Ángel Robles Carbonell
Director del CEM